Certificate of performance


witeg GERMANY

ISO 9001 CERTIFIED

Article:	**3 014 255**
Burettes, 25 ml, lat. stopc., amber glass, AS, conf. cert.	

Batch:	18-21	**Serial:**	
Measuring Nr.	80409	**Batch size:**	2

Volume:	**25,0000 ml**	**15,0000 ml**	**5,0000 ml**
Tolerance:	± 0,0300 ml	± 0,0300 ml	± 0,0300 ml
Average value:	25,0020 ml	14,9910 ml	5,0045 ml
Deviation:	0,0020 ml	0,0044 ml	0,0032 ml
Precision (CV):	0,0079 %	0,0293 %	0,0639 %



These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20 °C). The test was effected according to ISO 385

witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Germany
+49 (0) 9342 / 9301-0
info@witeg.de

Operator:	7
Date:	28.10.2026
Balance:	Sartorius - LE244S-0CE

DE-M