Certificate of performance


witeg GERMANY


ISO 9001 CERTIFIED


Article:	**3 122 255**
Pellet-burettes, 25 ml, lat. needle valve, AS, conf. cert.	

Batch:	11-24	**Serial:**	
Measuring Nr.	80404	**Batch size:**	20

Volume:	**25,0000 ml**	**15,0000 ml**	**5,0000 ml**
Tolerance:	± 0,0300 ml	± 0,0300 ml	± 0,0300 ml
Average value:	25,0080 ml	15,0057 ml	5,0034 ml
Deviation:	0,0055 ml	0,0079 ml	0,0117 ml
Precision (CV):	0,0221 %	0,0530 %	0,2337 %







These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20 °C). The test was effected according to ISO 385

witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Germany
+49 (0) 9342 / 9301-0
info@witeg.de

Operator:	7
Date:	28.10.2026
Balance:	Sartorius - LE244S-0CE

DE-M