

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.
3.152.255

Büretten AS

Burettes AS



Batch No. 38-15

Code: 83324

Testvolumen / Test volume:	25.0000 ml	Messergebnis / Measured volume:	24.9888 ml
Toleranz / Tolerance:	0.0300 ml		

Testvolumen / Test volume:	15.0000 ml	Messergebnis / Measured volume:	14.9958 ml
Toleranz / Tolerance:	0.0300 ml		

Testvolumen / Test volume:	5.0000 ml	Messergebnis / Measured volume:	4.9836 ml
Toleranz / Tolerance:	0.0300 ml		

Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 385
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 385

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Prüfer / Operator: 9

Datum / Date: 21.04.2017



Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
CERTIFIED**