






Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No. 3.715.005 USP		Messzylinder A	Graduated cylinders A	
Batch No. 11-16		Code: 82379		
Testvolumen Test volume:	10.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.1568 %	
Toleranz Tolerance:	0.5000 ml	Richtigkeit Accuracy:	-0.0549 %	
Testvolumen Test volume:	30.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.0605 %	
Toleranz Tolerance:	0.5000 ml	Richtigkeit Accuracy:	0.0576 %	
Testvolumen Test volume:	50.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.0598 %	
Toleranz Tolerance:	0.5000 ml	Richtigkeit Accuracy:	0.0391 %	
<small>Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 4788. These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 4788</small>				
Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE			Datum / Date: 29.03.2016	
Prüfer / Operator: 9				
		Witeg Labortechnik GmbH Am Bildacker 16 97877 Wertheim Tel: +49 9342 93010 http://www.witeg.de		ISO 9001 CERTIFIED