

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.

3.715.025 BL

Messzylinder A


Grad. cylinder A




Batch No. 15-16

Code: 82432


Testvolumen	50.0000 ml	Variationskoeffizient	0.5902 %
Test volume:		Coefficient of variation:	
Toleranz	1.0000 ml	Richtigkeit	-0.2442 %
Tolerance:		Accuracy:	



Testvolumen	150.0000 ml	Variationskoeffizient	0.1168 %
Test volume:		Coefficient of variation:	
Toleranz	1.0000 ml	Richtigkeit	0.0063 %
Tolerance:		Accuracy:	



Testvolumen	250.0000 ml	Variationskoeffizient	0.0593 %
Test volume:		Coefficient of variation:	
Toleranz	1.0000 ml	Richtigkeit	0.0567 %
Tolerance:		Accuracy:	



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit (aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 4788
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume, instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 4788

Waage / Balance: Sartorius LA 1200 S

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 27.04.2016



Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
CERTIFIED**