
Certificate of performance

witeg GERMANY
ISO 9001 CERTIFIED

Article:	**3 510 051**
Graduated pipettes, 0,5:0,01 ml, AS, conf. cert.	

Batch:	37-26	**Serial:**	
Measuring Nr.	80164	**Batch size:**	304

Volume:	**0,5000 ml**	**0,3000 ml**	**0,1000 ml**
Tolerance:	± 0,0060 ml	± 0,0060 ml	± 0,0060 ml
Average value:	0,4982 ml	0,2997 ml	0,0997 ml
Deviation:	0,0018 ml	0,0014 ml	0,0006 ml
Precision (CV):	0,3627 %	0,4776 %	0,5922 %



These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20 °C). The test was effected according to ISO 835

witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Germany
+49 (0) 9342 / 9301-0
info@witeg.de

Operator:	7
Date:	07.10.2026
Balance:	Sartorius - LE244S-0CE

DE-M