

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.

3.510.110

Messpipetten AS

Graduated pipettes,
measuring AS




Batch No. 16-17

Code: 83320


Testvolumen 1.0000 ml Variationskoeffizient 0.1939 %
Test volume: Coefficient of variation:

Toleranz 0.0070 ml Richtigkeit 0.0480 %
Tolerance: Accuracy:




Testvolumen 0.6000 ml Variationskoeffizient 0.2505 %
Test volume: Coefficient of variation:

Toleranz 0.0070 ml Richtigkeit 0.2458 %
Tolerance: Accuracy:



Testvolumen 0.2000 ml Variationskoeffizient 0.4713 %
Test volume: Coefficient of variation:

Toleranz 0.0070 ml Richtigkeit 0.5850 %
Tolerance: Accuracy:



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 835
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 835

Waage / Balance: Sartorius LE244S-OCE

Prüfer / Operator: 4

Datum / Date: 20.04.2017



Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim
Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>

**ISO 9001
CERTIFIED**