

Qualitätszertifikat / Certificate of performance

Cat. No.
3.510.505

Graduated pipettes,
measuring AS


Messpipetten AS




Batch No. 31-16

Code: 82671


Testvolumen Test volume:	5.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.0971 %
Toleranz Tolerance:	0.0300 ml	Richtigkeit Accuracy:	-0.1207 %



Testvolumen Test volume:	3.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.1516 %
Toleranz Tolerance:	0.0300 ml	Richtigkeit Accuracy:	-0.1476 %



Testvolumen Test volume:	1.0000 ml	Variationskoeffizient Coefficient of variation:	0.2318 %
Toleranz Tolerance:	0.0300 ml	Richtigkeit Accuracy:	0.0242 %



Diese Angaben sind Endprüfwerte bezogen auf 20°C, d.h. gleiche Temperatur von Gerät und Umgebung und Flüssigkeit(aqua dest.). Die Prüfung erfolgte gemäß ISO 835
These final test values refer to the delivered nominal volume (max. volume), instrument and liquid (dist. water) at equilibrium with ambient temperature (20°C). The test was effected according to ISO 835

Waage / Balance: Sartorius LE244S-0CE

Prüfer / Operator: 9

Datum / Date: 18.08.2016

Witeg Labortechnik GmbH
Am Bildacker 16
97877 Wertheim

**ISO 9001
CERTIFIED**



Tel: +49 9342 93010
<http://www.witeg.de>